

**ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР
ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА
У БЕОГРАДУ, д.о.о.**

Студентски трг 12-16, 11158 Београд
ПИБ: 106185588, Матични број: 20550872



**INNOVATIVE CENTRE,
FACULTY OF CHEMISTRY,
BELGRADE, Ltd.**

Studentski trg 12-16, 11158 Belgrade, Serbia
Tax identification number: 106185588

Tel/fax: +381-11-2184330 • e-mail: ichf@chem.bg.ac.rs • http://www.chem.bg.ac.rs/ichf/ • Banca Intesa 160-322828-40 На

ову члана 109. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», бр. 124/12) доносим

ОСН

ОДЛУКУ О ОБУСТАВЉАЊУ ПОСТУПКА

1. Иновационог центра Хемијског факултета у Београду д.о.о., Студентски трг 12-16,
<http://www.chem.bg.ac.rs/ichf/nabavke/index.html>;

2. Предмет јавне набавке из ове Одлуке је прибављање добара – материјал за науку (лабораторијско стакло и потрошни материјал) - формиране по партијама, за потребе Иновационог центра Хемијског факултета у Београду д.о.о., поступак мале вредности 2/20.

Ознака из општег речника набавке :

33793000- производи од стакла за лабораторијске намене

38437000- лабораторијске пипете и прибор

3. Обустава се поступак за следећу партију :

Партија	Назив хемикалије	Процењена вредност	Број примљених понуда	Разлог обуставе
32	Laboratorijska čaša, 5 L	2.000.00	0	Нису испуњени услови за доделу уговора (члан 109. став 1. Закона о јавним набавкама) - Није приспела ниједна понуда
53	Igla hipodermalna	280.00	0	Нису испуњени услови за доделу уговора (члан 109. став 1. Закона о јавним набавкама) - Није приспела ниједна понуда
102	Nastavci 10 mikroL	4.000.00	4	Нису испуњени услови за доделу уговора (члан 109. став 1. Закона о јавним набавкама) - Од приспелих понуда ниједна није била прихватљива

Понда понуђача Superlab doo за партију бр.102 је оцењена као неодговарајућа, приликом испитивања достављеног узорак установљено је да нефитује на пипету, а из спецификације понуђача утврђено је да нису RNAsa и DNAsa free, како је тражено у конкурсној документацији и као такав није прихватљива.

Понда понуђача Engel doo за партију бр.102 је оцењена као неодговарајућа, приликом испитивања достављеног узорак установљено је да нефитује на пипету, а из спецификације понуђача утврђено је да нису RNAsa и DNAsa free, како је тражено у конкурсној документацији и као такав није прихватљива.

Понда понуђача Alfamed doo за партију бр.102 је оцењена као неодговарајућа, приликом испитивања достављеног узорак установљено је да нефитује на пипету ,а из спецификације понуђача утврђено је да нису RNAsa и DNAsa free, како је тражено у конкурсној документацији и као такав није прихватљива.

Понда понуђача Vicor doo за партију бр.102 је оцењена као неодговарајућа, приликом испитивања достављеног узорак установљено је да не фитује на пипету и као такав није прихватљива.

4.За наведену партију поступак јавне набавке неће се понављати до краја 2020.године.

Директор Иновационог центра Хемијског
факултета у Београду д.о.о.

Проф. др. Горан Роглић



[Handwritten signature]